

**TABLEAU « C » : Caractéristiques métrologiques des instruments
de pesage utilisés pour le contrôle des produits préemballés**

| Echelon de l'instrument de contrôle (g) | Contenu nominal |
|--|--------------------------------|
| 0,1 | inférieur à 10 g |
| 0,2 | entre 10 g et 50 g exclu |
| 0,5 | entre 50 g et 200 g exclu |
| 1 | entre 200 g et 2000 g exclu |
| 2 | entre 2000 g et 5000 g exclu |
| 5 | entre 5000 g et 10000 g exclu |
| 10 | entre 10000 g et 20000 g exclu |
| 20 | entre 20000 g et 50000 g exclu |
| 50 | à partir de 50000 g |